



JADUAL

**AKTA TIMBANG DAN SUKAT 1972
PERATURAN-PERATURAN TIMBANG DAN SUKAT (KEWAJIPAN DAN KUASA PENYIMPAN) 1981
(Peraturan 11)**

No. Kelulusan: ATS-0053-19

PERAKUAN KELULUSAN TIMBANG/SUKAT/ALAT TIMBANG/ALAT SUKAT

Perihal : *Non-Automatic Weighing Instruments* (Kelas **III**)

Pembuat : **CONFIDENTIAL**

Kod Pembuat : GMS05

Jenama : CAMRY dan GMS

Model : TCS-150-JC6XXX dan GMS-ATPXXXX

Tahun pembuatan : 2015

Penentuan teknikal : Lihat spesifikasi teknikal NMIM2019-2168-1(2)

Catatan : Lihat nota

Adalah diperakukan bahawa *Non-Automatic Weighing Instruments* (Kelas **III**) di atas telah diluluskan sebagai sesuai bagi kegunaan perdagangan atau selainnya tertakluk kepada syarat yang berikut:

1. Sebarang pengubahsuaian alat di atas wajib dimaklumkan kepada Penyimpan Timbang dan Sukat dan ianya tertakluk kepada kelulusan seterusnya.
2. Alat di atas perlu dihantar semula untuk ujian prestasi setiap 3 (tiga) tahun dari tarikh kelulusan perakuan ini.



Tarikh: 25.11.2019

DR. OSMAN ZAKARIA
Pengarah Kanan
Makmal Standard Pengukuran Kebangsaan
(Institut Metrologi Kebangsaan Malaysia, NMIM)
SIRIM Berhad

Nota:

1. Perakuan ini berkaitan dengan kesesuaian alat di atas bagi kegunaan perdagangan sahaja berkenaan ciri-ciri metrologinya. Ia tidak boleh dijadikan atau membayangkan apa-apa jaminan mengenai keselamatannya dalam penggunaan bagi perdagangan atau selainnya.
2. Kelulusan ini adalah sah bagi tempoh 10 tahun dari tarikh kelulusan perakuan ini.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Applicant	:	GMS Equipment Sdn Bhd Lot 3, Lorong Mak Mandin 1, Mak Mandin Industrial Estate, 13400 Butterworth , Pulau Pinang
Issue Date	:	23 November 2019
Description	:	1. Foldable Platform Pricing Scale 2. Foldable Platform Weighing Scale 3. Portable Postal Scale 4. Platform Scale 5. Bench Scale 6. Floor Scale
Brand	:	CAMRY and GMS
Model	:	TCS-150-JC6XXX dan GMS-ATPXXXX
Class	:	III
e	:	d
Weighing Range	:	Single interval
Standard Used	:	OIML International Recommendation (R 76) Non- Automatic Weighing Instruments Part 1: Metrological and technical requirements – Tests Part 2: Test report format

TECHNICAL SPECIFICATIONS

1.0 Instrument details

1.1 CAMRY Foldable Platform Pricing Scale

Manufacturer	Model	Max. Capacity	Min. Capacity	e
CONFIDENTIAL	TCS-150-JC62Z	150 kg	1 kg	50 g
	<i>Text</i> TCS-150-JC62ZB	150 kg	1 kg	50 g

1.2 CAMRY Foldable Platform Weighing Scale 150kg

Manufacturer	Model	Max. Capacity	Min. Capacity	e
CONFIDENTIAL	TCS-150-ZC61Z	150 kg	1 kg	50 g
	TCS-150-ZC61ZB	150 kg	1 kg	50 g

1.3 GMS Portable Postal Scale

Manufacturer	Model	Max. Capacity	Min. Capacity	e
CONFIDENTIAL	GMS-ATP100P	50 kg	1 kg	20 g
		100 kg	1 kg	50 g

TECHNICAL SPECIFICATIONS




Figure 1 : CAMRY Foldable Platform Scale and GMS Portable Postal Scale



Figure 2: GMS Platform Scale, GMS Bench Scale and GMS Floor Scale

4.0 Conclusion

After the evaluation, sample has been found to comply with OIML R76 as indicated in the technical specification, and can be used for the trade.