



JADUAL

**AKTA TIMBANG DAN SUKAT 1972
PERATURAN-PERATURAN TIMBANG DAN SUKAT (KEWAJIPAN DAN KUASA PENYIMPAN) 1981
(Peraturan 11)**

No. Kelulusan: ATS-0035-21

PERAKUAN KELULUSAN TIMBANG/SUKAT/ALAT TIMBANG/ALAT SUKAT

Perihal	: <i>Non-Automatic Weighing Instruments (Kelas III)</i>
Pembuat	: CONFIDENTIAL
Kod Pembuat	: GMS 10
Jenama	: CAMRY
Model	: ACS-SC73 dan ACS-ZC73
Tahun pembuatan	: 2009
Penentuan teknikal	: Lihat spesifikasi teknikal NMIM2020-2196
Catatan	: Lihat nota

Adalah diperakukan bahawa *Non-Automatic Weighing Instruments* (Kelas III) di atas telah diluluskan sebagai sesuai bagi kegunaan perdagangan atau selainnya tertakluk kepada syarat yang berikut:

1. Sebarang pengubahsuaian alat di atas wajib dimaklumkan kepada Penyimpan Timbang dan Sukat dan ianya tertakluk kepada kelulusan seterusnya.
2. Alat di atas perlu dihantar semula untuk ujian prestasi dalam tempoh 5 (lima) tahun dari tarikh kelulusan perakuan ini.

Tarikh: 22.01.2021

DR. OSMAN ZAKARIA
Pengarah Kanan
Makmal Standard Pengukuran Kebangsaan
(Institut Metrologi Kebangsaan Malaysia, NMIM)
SIRIM Berhad

Nota:

1. Perakuan ini berkaitan dengan kesesuaian alat di atas bagi kegunaan perdagangan sahaja berkenaan ciri-ciri metrologinya. Ia tidak boleh dijadikan atau membayangkan apa-apa jaminan mengenai keselamatannya dalam penggunaan bagi perdagangan atau selainnya.
2. Kelulusan ini adalah sah bagi tempoh 10 tahun dari tarikh kelulusan perakuan ini.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Applicant	:	GMS EQUIPMENT SDN. BHD. Lot 923, Block 24, Muara Tuang Industrial Estate, 13400 Butterworth, Penang
Issue Date	:	17 January 2021
Description	:	Counting Scale and Digital Weighing Scale
Brand	:	CAMRY
Model	:	ACS-SC73 and ACS-ZC73
Class	:	III
Number of Verification	:	3 000 division
Scale Interval (n)	:	
Weighing Range	:	Single Interval
Maximum Capacity	:	3 kg to 30 kg
Scale Interval (e)	:	1 g to 10 g
Manufacturer	:	

CONFIDENTIAL

Standard Used	:	OIML International Recommendation (R 76) Non- Automatic Weighing Instruments Part 1: Metrological and technical requirements – Tests Part 2: Test report format
----------------------	---	--



1.0 Instrument details

Description	Model	Capacity (kg)	e (g)	Min (g)	Weighing Range
Counting Scale	ACS-SC73	3	1	20	Single interval
		6	2	40	
		15	5	100	
		30	10	200	
Digital Weighing Scale	ACS-ZC73	3	1	20	Single interval
		6	2	40	
		15	5	100	
		30	10	200	

2.0 Sealing Provision

- Provision is made for the calibration adjustments in the indicator to be sealed by plate, lead and wire type seals by a suitable market placed over securing screws of the housing.

3.0 Pattern Approval Plate (Compulsory)

Instruments carry the following markings :

Manufacturer’s mark, or name written in full GMS 10

Name or mark of applicant GMS EQUIPMENT SDN. BHD.

Indication of accuracy class III

Pattern approval mark for the instrument

Model number

Maximum capacity Max =

Minimum capacity Min =

Verification scale interval e =

Serial number of the instrument

